



KLASA: 303-02/21-01/09
URBROJ: 2186-73-12-22-22
Varaždin, 28. ožujka 2022. godine

Temeljem članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 120/16, dalje u tekstu: ZJN 2016) te članka 9., 10. i 11. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (N.N. 101/17), Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet, Hallerova aleja 7, Varaždin, kao Naručitelj, nakon provedenog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, a prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave **NABAVA OPREME - 5 GRUPA U OKVIRU PROJEKTA "RECIKLIRANA GUMA & SOLARNA FOTOKATALIZA: EKOLOŠKA INOVACIJA ZA PASIVNU ZAŠTITU ZRAKA I ZDRAVLJA", KK. 01.1.1.07.0058** Grupa 1. Fotokatalitički zračni tunel; Grupa 2. Uređaj za kvantitativno i kvalitativno određivanje plinova u zraku; Grupa 3. Komponente za analizu novih materijala od reciklirane gume; Grupa 4. Solarni simulator; Grupa 5. Uređaj za ispitivanje podnih obloga, evidencijski broj nabave: JN-OP/1/22, objavljuje

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

1. Naručitelj

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
GEOTEHNIČKI FAKULTET
Hallerova aleja 7, 42000 Varaždin
OIB: 16146181375,
telefon: +385 (0)42 408 900,
telefaks: +385 (0)42 313 587
Internetska adresa: [https:// www.gfv.unizg.hr/](https://www.gfv.unizg.hr/)
Adresa elektroničke pošte: ured.dekana@gfv.unizg.hr
Odgovorna osoba naručitelja: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Meaški

2. Predmet nabave

NABAVA OPREME - 5 GRUPA U OKVIRU PROJEKTA "RECIKLIRANA GUMA & SOLARNA FOTOKATALIZA: EKOLOŠKA INOVACIJA ZA PASIVNU ZAŠTITU ZRAKA I ZDRAVLJA", KK. 01.1.1.07.0058

Grupa 1. Fotokatalitički zračni tunel
Grupa 2. Uređaj za kvantitativno i kvalitativno određivanje plinova u zraku
Grupa 3. Komponente za analizu novih materijala od reciklirane gume
Grupa 4. Solarni simulator
Grupa 5. Uređaj za ispitivanje podnih obloga

3. Evidencijski broj nabave

JN-OP/1/22

4. Datum početka prethodnog savjetovanja

18. ožujka 2022. godine





5. Datum završetka prethodnog savjetovanja

25. ožujka 2022. godine

6. Naručitelj tijekom savjetovanja nije održao sastanak.

7. Tekst primjedbe ili prijedloga koji su pristigli u otvorenom roku za savjetovanje, bez navođenja podataka o gospodarskom subjektu i odgovor na primjedbu/prijedlog/ (prihvaća se/djelomično se prihvaća/ne prihvaća se):

- A) Gospodarski subjekt postavio je sljedeći upit za dodatnim pojašnjenjem i promjenom specifikacija za Grupu 4. Solarni simulator:

"Htjeli bismo Vam ponuditi uređaj iz predmetnog javnog nadmetanja za Grupu 4.

Međutim, pregledom dokumentacije odn. tehničkih specifikacija, zamolili bismo vas za dodatna pojašnjenja odn. korekciju specifikacija:

- Točka 1.1.2, tražite:

1.1.2.	Nadzor svjetlosnog ozračenja: Integrirani digitalni mjerač svjetlosnog ozračenja
--------	--

Željeli bismo da pojasnite detaljnije što mislite pod pojmom "integrirani" digitalni mjerač? Da li to znači da mjerač mora biti na neki način ugrađen unutar solarnog simulatora? Da li biste prihvatili promjenu specifikacije u smislu da vam ponudimo uređaj koji ima digitalni mjerač svjetlosnog ozračenja ali koji nije "integriran", već se može fizički odvojiti od solarnog simulatora. Tom promjenom dobili biste na fleksibilnosti a ne biste izgubili ništa na funkcionalnosti uređaja."

ODGOVOR: Prijedlog gospodarskog subjekta se ne prihvaća.

Prije provođenja predmetnog savjetovanja naručitelj je prethodno proveo pregled tržišta te je istim ustanovio da postavljeni predmetni zahtjev mogu zadovoljiti minimalno dvoje vodećih svjetskih proizvođača.

S obzirom na gore navedeni upit, a sve u skladu s minimalnim tehničkim specifikacijama u točki 1.1.2. Nadzor svjetlosnog ozračenja: Integrirani digitalni mjerač svjetlosnog ozračenja, koji predmetni uređaj mora zadovoljiti, može se zaključiti da će naručitelj prihvatiti nadzor svjetlosnog ozračenja digitalnim mjeračem koji je sastavni dio radnog prostora. Pojam integrirani se odnosi na mjerač kojim je moguće prikupljanje podataka o svjetlosnom ozračenju i nadzor u realnom vremenu rada uređaja.

Na temelju upita od gospodarskog subjekta, razvidno je da naručitelj neće odbiti ponudu gospodarskog subjekta koji nudi mjerač koji je sastavni dio uređaja, a prema potrebi se može odvojiti, s obzirom da je time zadovoljen nadzor svjetlosnog ozračenja koji naručitelj traži u svojim minimalnim tehničkim specifikacijama.

- Točka 1.1.3, tražite:

1.1.3.	Raspon svjetlosnog ozračenja: 500 - 1500 W/m ² (0,5 - 1,5 sunčevog ozračenja)
--------	--

Renomirani proizvođač ovakvog tipa uređaja, proizvodi uređaje koji imaju raspon ozračenja do 1300 W/m² u ovoj klasi uređaja (cjenovnoj i ostalim specifikacijama).



Europska unija
„Zajedno do fondova EU“



EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI



Operativni program
KONKURENTNOST
I KOHEZIJA





Da li biste prihvatili promjenu specifikacija da traženi uređaj ima raspon svjetlosnog ozračenja:

500- 1300 W/m² (0,5 – 1,3 sunčevog ozračenja)

ODGOVOR: Prijedlog gospodarskog subjekta se ne prihvaća.

Prije provođenja predmetnog savjetovanja naručitelj je prethodno proveo pregled tržišta te je istim ustanovio da postavljeni predmetni zahtjev mogu zadovoljiti minimalno dvoje vodećih svjetskih proizvođača.

S obzirom na gore navedeni upit, a sve u skladu s minimalnim tehničkim specifikacijama u točki 1.1.3. Raspon svjetlosnog ozračenja: 500 - 1500 W/m² (0,5 - 1,5 sunčevog ozračenja) koji predmetni uređaj mora zadovoljiti, može se zaključiti da će naručitelj prihvatiti raspon svjetlosnog ozračenja u minimalnom rasponu od 500 do 1500 W/m².

Na temelju upita od gospodarskog subjekta, razvidno je da naručitelj neće prihvatiti ponudu gospodarskog subjekta koji nudi raspon od 500 do 1300 W/m², s obzirom da ovim rasponom nije zadovoljen raspon svjetlosnog ozračenja koji naručitelj traži u svojim minimalnim tehničkim specifikacijama.

Naručitelj sukladno svojim potrebama i istraživanjima na predmetnom projektu ima potrebu za uređajem koji može ostvariti 1,5 sunčevog ozračenja.

Naručitelj ovo izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje u EOJN RH.

S poštovanjem,

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

